

COMPRASNET
Pregão Eletrônico



Resposta 27/11/2017 15:39:45

Não serão aceitos equipamentos similares, apenas equipamento da marca eppendorf para os itens 07 e 14, conforme justificado pelo requisitante Michel Batista: "o thermomixer da marca Eppendorf oferece uma ampla variedade de opções de termobloco contemplando tubos de 0,2, 0,5, 1,5 e 2,0 mL, além de tubos Falcon de 15 e de 50 mL e placas de reação. O controle de temperatura varia de 7 a 99 graus Celsius e a agitação varia de 300 a 1.400 rotações por minuto. Este equipamento é único por permitir ao laboratório a realização de reações em escalas de volume diferentes combinando temperaturas e frequências de agitação variadas. Este equipamento conta ainda com suportes para tubos (adquiridos separadamente) para conservação de amostras desde 21 graus Celsius negativos a 0 graus Celsius, permitindo um descongelamento gradual das amostras. Esta característica é importante para amostras de proteína processadas na plataforma de espectrometria de massas, as quais não devem sofrer variações bruscas de temperatura a fim de evitar degradação. No atual processo está sendo solicitada a base do equipamento (item 07) e o bloco adaptador para tubos de 1,5 mL (item 14)".

Fechar